# WARTUNGSUMFANG Luminex® MAGPIX®

Durchschnittlicher Arbeitsaufwand 2 bis 3 Stunden.

Im Rahmen unserer Wartungs- und Serviceverträge sind die Arbeits- und Reisezeiten innerhalb regulärer Arbeitszeiten (Mo. bis Fr. von 9 bis 17 Uhr mit Ausnahme von Feiertagen) inkludiert.

Zur Beauftragung einer Wartung außerhalb unserer Wartungs- und Serviceverträge fordern Sie bitte zunächst einen Kostenvoranschlag bei uns an – E-Mail: info_de@diasorin.com.

Für die regelmäßigen Wartungen im Rahmen unserer vertraglichen Servicevereinbarungen kommt unser Dispatch-Team zwecks Terminvereinbarung auf Sie zu.

## 1 Säuberung und Dekontamination des Analyzers

- Reinigung und Dekontamination aller äußeren Oberflächen
- Reinigung und Dekontamination des Analyzers

## 2 Reinigung und Funktionstest der Baugruppen

- Reinigung der Baugruppen
- Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Baugruppen

## 3 Überprüfung und Austausch von Bauteilen

- Reinigung des Luftfilters und ggf. Austausch
- Austausch der Spritze
- Austausch des Probensondenschlauchs
- Austausch des Antriebsflüssigkeitsfilters
- Überprüfung und Justage der Y-Plattform
- Durchführung des Aufheiztests

## 4 Reinigung der Baugruppen

- Reinigung der Module
- Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Baugruppen

## 5 Qualifizierungstest

- Durchführung des Selbsttests
- Durchführung eines Kalibrierungslaufs
- Durchführung eines Kontrolllaufs

**ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DEN MAGPIX®:**

Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf und Sie erhalten weitere Informationen.
https://dsd-home.diasorin.de/analysegeraete/luminex-magpix-system



**Diasorin Deutschland GmbH**
Hugenottenallee 173
63263 Neu-Isenburg
info_de@diasorin.com

**Diasorin Austria GmbH**
Schottenring 16/Top Nr. 08–10
A-1010 Wien
info_at@diasorin.com

**Diasorin Switzerland AG**
Grundstr. 12
CH-6343 Rotkreuz
info_ch@diasorin.com

Diasorin
The In-Vitro Diagnostic Specialist